

## 检测报告

### TEST REPORT

送检企业： 成都茶雨商贸有限公司

样品名称： 氮气减压阀

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250609S582

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 成都茶雨商贸有限公司

委托单位地址 : 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号4号楼5楼

样品名称 : 氮气减压阀

商标名称 : 文初

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 捷锐企业(上海)有限公司

制造商地址 : 上海市松江区文吉路

送检日期 : 2025年06月04日

检测依据 : GB/T 8464-2023

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年06月09日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段45号(办公楼及厂房)2栋101-116房、216房



报告编号: HBC250609S582

第 2 页 共 3 页

### 测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观	/	不应有砂眼, 裂纹、疏松、非金属夹杂等缺陷; 阀门内腔不得涂漆。但应采取防锈措施	符合	合格
装配	/	阀门应启闭灵活, 无卡阻; 应保证密封性能并有一定的调整余量	符合	合格
密封性能	/	A 级	符合	合格
防锈	/	所有的试验和检验完成后, 供方应采用合适的防锈措施, 对暴露的碳钢机加工面进行防锈	符合	合格
抗扭力试验	/	扭力试验 10s 后, 应无破损、变形, 并符合壳体试验和密封性能要求	符合	合格

技术  
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250609S582

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司  
JMI

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房