



201819013627



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业：时珍中科（郑州）健康产业有限公司

样品名称：医用牙齿脱敏剂

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司
GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



检测报告



201819013627



报告编号: HBC251212S409

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 时珍中科(郑州)健康产业有限公司

委托单位地址 : 河南省郑州市航空港区华夏大道与东海路交叉口西南角智能终端手机产业园11栋

样品名称 : 医用牙齿脱敏剂

商标名称 : 仙艾

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年12月08日

检测依据 : GB/T 8372-2017

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年12月12日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定。本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251212S409

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
感官指标(膏体)	/	均匀、无异物	符合	合格
理化指标	pH 值	/	5.5~10.0	6.8
	稳定性	/	膏体不溢出管口, 不分离出液体, 香味色泽正常	符合
	过硬颗粒	/	玻璃片无划痕	符合
	可溶氟或游离氟量	%	0.05~0.15	0.12
	总氟量	%	0.05~0.15	0.113
微生物指标	细菌菌落总数	cfu/g	≤500	<5
	霉菌和酵母菌总数	cfu/g	≤100	<1
	粪大肠菌群	g	不得检出	未检出
	铜绿假单胞菌	g	不得检出	未检出
	金黄色葡萄球菌	g	不得检出	未检出

技术
专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号：HBC251212S409

第3页共3页

样品照片



报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房