



201819013627



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4065

# 检 测 报 告

## TEST REPORT

送检企业：北京凤图文化传播有限公司

样品名称：防护面罩

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司  
GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

# 邦禾检测

## 检测报告



201819013627



报告编号: HBC251226S584

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 北京凤图文化传播有限公司

委托单位地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206

样品名称 : 防护面罩

商标名称 : EVALIANTOP

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 北京凤图文化传播有限公司

制造商地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206

送检日期 : 2025年12月22日

检测依据 : GB 14866-2023

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年12月26日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定。本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251226S584

第 2 页 共 3 页

## 测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
结构与调整	/	不应有凸出物、尖锐边缘或其他可能在使用过程中引起不适或造成伤害的部分。对于眼面部防护产品上可拆卸、调整、更换的结构或配件，制造商应确保其拆卸、调整、更换的便利性，尽量简化操作过程，操作过程应符合人类工效学要求	符合	合格
视野	/	左、右的水平视野应大于 105°	符合	合格
基础防护性能 (不应出现情况)	/	镜片碎成两片或多片	符合	合格
		整个眼面部防护产品碎成两部分或多部分；	符合	合格
		镜片脱落	符合	合格
		未受冲击一面有材料脱落	符合	合格
		镜片被击穿	符合	合格
		镜片与头部模型眼部接触	符合	合格

技术  
专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251226S584

第3页 共3页

样品照片



---

报告结束

---

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房