



201819013627



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业：湖南中祺生物技术有限公司

样品名称：医用聚乙二醇护创敷料

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司
GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



检测报告



201819013627



报告编号: HBC260108S416

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 湖南中祺生物技术有限公司

委托单位地址 : 湖南省郴州市北湖区增福街道办新园路郴州经济开发区创新创业电商基地标准厂房（长冲大健康产业园）S7#栋3楼

样品名称 : 医用聚乙二醇护理敷料

商标名称 : Dr. Bowen

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2026年01月04日

检测依据 : GB/T 15979-2024

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年01月08日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定。本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260108S416

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
气味	/	中草药的混合气味	符合	合格
杂质	/	无肉眼外来杂质	符合	合格
细菌落总数	cfu/g	≤200	<1	合格
金黄色葡萄球菌	/	不得检出	未检出	合格
大肠菌群	/	不得检出	未检出	合格
绿脓杆菌	/	不得检出	未检出	合格
溶血性链球菌	/	不得检出	未检出	合格
铅	mg/kg	≤10	未检出	合格
汞	mg/kg	≤1	未检出	合格
砷	mg/kg	≤2	未检出	合格
镉	mg/kg	≤5	未检出	合格

技术
专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260108S416

第3页共3页

样品照片



有限公司
JML

报告结束
