

邦禾检测



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 长春邦尔生物工程有限公司

样品名称： 医用卡波姆痔疮凝胶

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260112S709

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 长春邦尔生物工程有限公司
委托单位地址 : 吉林省九台市大学生创业园17号厂房
样品名称 : 医用卡波姆痔疮凝胶
商标名称 : SMILETON
规格型号 : /
样品数量 : 1PCS
制造厂商 : /
制造商地址 : /
送检日期 : 2026年01月07日

检测依据 : 《化妆品安全技术规范》(2015年版), 《中华人民共和国药典》2015年版

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年01月12日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260112S709

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
细菌菌落总数	CFU/g	≤ 1000	<10	合格
霉菌和酵母菌	CFU/g	≤ 100	<5	合格
耐热大肠菌群	g	不得检出	未检出	合格
金黄色葡萄球菌	g	不得检出	未检出	合格
铜绿假单胞菌	g	不得检出	未检出	合格
铅	mg/kg	≤ 10	未检出	合格
汞		≤ 1	未检出	合格
砷		≤ 2	未检出	合格
镉		≤ 5	未检出	合格
皮肤刺激性试验	/	无刺激性	符合	合格

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260112S709

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
Ltd

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房