



201819013627



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4065

# 检 测 报 告

## TEST REPORT

送检企业：宿迁市南泰衣都锦纺织服饰有限公司

样品名称：KN95 口罩

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司  
GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



# 检测报告



201819013627



报告编号: HBC260116S336

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 宿迁市南泰衣都锦纺织服饰有限公司

委托单位地址 : 江苏省宿迁市沭阳县沭阳经济开发区南区金华路

样品名称 : KN95口罩

商标名称 : 元棉

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2026年01月12日

检测依据 : GB 2626-2019

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年01月16日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定。除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260116S336

第 2 页 共 3 页

## 测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观检查	/	表面不应有破损、变形和有明显的其他缺陷，部件材料和结构应能耐受正常使用条件及可能遇到的温度、湿度和机械冲击，头带应可调，经温度湿度预处理和机械强度预处理后，部件不应脱落、损坏和变形	符合	合格
TIL	%	<13	1.2	合格
呼吸阻力	Pa	总吸气阻力 < 350	150	合格
		总呼气阻力 < 250	100	合格
头带	/	10N 的拉力，持续 10s，不应出现滑脱或断裂	符合	合格
连接和连接部件	/	50N 拉力，持续 10s，不应出现滑脱、断裂或变形	符合	合格
气密性	Pa	负压下降 ≤ 100	< 100	合格
可燃性	/	暴露于火焰的各部件在从火焰移开后，不应燃烧	符合	合格

技术  
专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260116S336

第3页 共3页

## 样品照片



---

报告结束

---

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段45号（办公楼及厂房）2栋101-116房、216房